

# 水污染源在线监测系统 运行比对监测报表

项目名称：污水在线监测系统比对监测

委托单位：徐州协鑫环保能源有限公司

江苏徐海环境监测有限公司

2025年5月30日

报告专用章



1.污水排放口流量比对测试评价结果见表1

使用单位：徐州协鑫环保能源有限公司

生产单位：北京九波声迪科技有限公司

仪器型号：WL-1A1型超声波明渠流量计

比对项目：流量

测试日期：2025年5月19日

表1 污水排放口流量比对监测结果

序号	采样日期	采样编号	监测项目	现场测定值 (m <sup>3</sup> )	在线仪器 测定值 (m <sup>3</sup> )	相对误差		结果评价
						比对结果	试验指标限 值	
实际水样比对								
1	2025.5.19	20250507c WS01-1	流量	3.96	3.796	-4.1%	±10%	合格

\*\*本页以下空白\*\*

